

专家论证意见表

| | | | |
|---|-----------------------|------|------------|
| 采购人名称 | 西安市长安区医院 | | |
| 采购项目名称 | 西安市长安区医院西门子悬吊DR球管采购项目 | | |
| 专家论证意见： <p>西安市长安区医院现使用西门子公司生产的DR上核心部件球管寿命综合需更换，其他第三方产品从技术参数、安装价格等方面均不能与该DR匹配使用。为确保该机器正常稳定运行，建议该球管单一来源方式采购，由该DR球管生产商授权的代理商西安医嘉高科有限公司提供。</p> | | | |
| 论证专家单位 | 陕西高科医疗设备有限公司 | | |
| 论证专家签字 | 樊利军 | 论证时间 | 2024年3月26日 |

专家论证意见表

| | |
|--------|-----------------------|
| 采购人名称 | 西安市长安区医院 |
| 采购项目名称 | 西安市长安区医院西门子悬吊DR球管采购项目 |

专家论证意见：

此次拟采购的 X 线球管 是 远院现已有便用
的 西门子 Ysio max 型 DR 设备专用，因原球
管使用寿命将尽提前采购储备。
因原 DR 设备尺寸空间匹配、技术参数兼容等
因素，及实现原厂远程在线监测服务，第
三方球管不能通用，只能采购原生产厂家球管。
建议仅用单一来源采购方式，从原厂授权经
销商西安惠距离医疗器械有限公司处购买。

| | | | |
|--------|---------|------|------------|
| 论证专家单位 | 西安交大二附院 | | |
| 论证专家签字 | 李毅 | 论证时间 | 2024年3月26日 |

专家论证意见表

| | |
|--------|-----------------------|
| 采购人名称 | 西安市长安区医院 |
| 采购项目名称 | 西安市长安区医院西门子悬吊DR球管采购项目 |

专家论证意见:

西安市长安区医院拟采购的西门子DR球管
由于此球管是为西门子DR (Siemens) 而设计的
球管。目前美国产球管不能与原主机匹配。
建议采用单一来源方式，采购进口原主机
和配套的球管。此项目由西安零距离
医疗器械有限公司承建。

| | | | |
|--------|---------|------|------------|
| 论证专家单位 | 西安交大一附院 | | |
| 论证专家签字 | 尹海伟 | 论证时间 | 2024年3月26日 |

专家小组综合论证意见表

| | |
|--------|-----------------------|
| 采购人名称 | 西安市长安区医院 |
| 采购项目名称 | 西安市长安区医院西门子悬吊DR球管采购项目 |
| 论证时间 | 2024年3月26日 |

专家小组综合论证意见：

该批次的西门子DR球管是医院现用西门子DR上用板卡部件，目前其他第三方产品从技术上讲，安装规格等方面均不能与该DR兼容使用，为确保该机的正常稳定运行，建议该项目进行单一来源方式采购，由该球管的生产商授权的代理商西安零距离医疗科技有限公司提供。

论证专家确认签字：

陈伟 李波 魏军